

## ピアッシング 説明書兼同意書

### 《特徴》

耳たぶのピアスに関しては、ピアスガンなどを用いた穴あけが一般的ですが、当院ではCO2レーザーで開けます。CO2(炭酸ガス)レーザーとは、波長10,600mmの水に反応する特長のあるレーザーです。皮膚には水分が多く含まれているため、レーザーを照射した部位の細胞内の水分に反応して熱エネルギーが発生します。熱が生じ間的に蒸散することで皮膚が削られ、出血なく穴をあけることができます。

### 《効果》

医師による衛生管理のもとピアッシングが可能

### 《施術手順》

ご自身のご希望の位置にマーキング後、医師によりCO2レーザーで穴をあけ、シリコン製ピアスを挿入します。

### 《施術後の注意点》

- ・ピアス用穴をあけてからピアス穴が完全になるまでは、約3～6週間かかります。その間、穴あけ用ピアスをとりはずさないでください。
- ・消毒は必要ありません。入浴時に清潔な手でシャワーとせっけんを使い優しく洗い流してください。
- ・整髪剤等をスプレーをするときには、プラスチック製のピアス、キャッチにかからないよう耳を手で覆うようにしてご使用ください。
- ・水泳、スポーツ、人混み、あるいはヘアーシャンプー等かかったときなどは、よくすすいでください。
- ・ピアス用穴あけ箇所が赤くはれたり、痛みがあるときは、速やかに必ず医師にご相談ください。
- ・約6週間後、穴あけ用ピアスをとりはずすのが心配な時は、ピアス用穴あけ処置をされた医師にてとりはずされることをお勧めします。
- ・ピアス穴が完全になった後は、お好きなアクセサリーピアスをつけることはできますが、アレルギーについてよくご承知のうえ、アクセサリーピアスをお選びください。
- ・暫くアクセサリーピアスをつけていないと、ピアス穴が小さくなったり、ふさがったりすることがありますのでご注意ください。

### 《治療後の症状及び副作用について》

以下のような副作用が出現する可能性があります。また、個人の皮膚状態により症状が施術の1～2日後に遅れて出現する可能性があります。これらの症状はまれで一時的なものです。症状が発生した場合は当院にて対応させていただきます。また、個人の皮膚状態により症状が施術の1～2日後に遅れて出現する可能性があります。これらの症状はまれで一時的なものです。症状が発生した場合は当院にて対応させていただきますので必ずご相談ください。

- ・ごくまれに出血したり、後日に感染症を引き起こす場合があります。
- ・ごくまれに気分が悪くなってしまう場合があります。
- ・耳たぶの形・厚さや左右対照性などにより、まれに希望通りの位置や角度に刺さらないことがあります。

### 《適応注意》

- ・アレルギー体質またはかぶれやすい体質等
- ・アトピー性皮膚炎
- ・ケロイド体質の方
- ・2回目の穴あけでしこりがある方

※全身疾患で特別治療を受けられている方は、施術の可否をかかりつけ医に確認してください。

※美容的処置、医学的処置、その他施術部位に最近受けたことのあるものに関する自己申告をお願いいたします。

**【患者様署名欄】**

同意説明文書を受け取り、内容等を十分理解しましたので、本治療を受けることに同意します。

同意日：                    年                    月                    日

患者氏名： \_\_\_\_\_

代諾者： \_\_\_\_\_ (続柄                    )

※未成年の方は上記欄に親御様のご署名をお願いします。

**【当院記入欄】**

私は、上記患者さんに、この治療について十分に説明いたしました。

説明日：                    年                    月                    日

氏名： \_\_\_\_\_